



TOPLICE LIPIK - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

Marije Terezije 13, 34551 Lipik, IBAN: HR2924020061101134776, MB: 3084973

OIB: 88202838360, telefon: 034/440-700, telefaks: 034/440-702

e-mail: info@toplice-lipik.hr, web: www.toplice-lipik.hr

Ur. broj: 02-238/26-5

Lipik, 19. kolovoza 2026. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Dopuna pojašnjenja zahtjeva za izmjenu dokumentacije u Pozivu za dostavu ponude
BOLESNIČKI KREVETI
Evidencijski broj nabave: **P-2-2026**

Poštovani,
nastavno na prethodno objavljeno **Pojašnjenje dokumentacije** za predmet nabave „Bolesnički kreveti“, evidencijski broj P-2-2026, Naručitelj daje dopunu pojašnjenja dokumentacije temeljem naknadno zaprimljenih zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata.

1. ZAHTJEV

Poštovani,
nastavno na **Poziv na dostavu ponude** za predmet nabave „Bolesnički kreveti“, evidencijski broj P-2-2026, molimo vas promjenu tehničkih specifikacija:

Noćni ormarić sa stolićem za hranjenje

Traži se:

Od polipropilenskog, poliuretanskog ili ABS materijala, ili s konstrukcijom od metala zaštićen praškastom bojom elektrostatski, s frontama ormarića i ladice od HPL-a. Stolić za hranjenje od propilenskog ili ABS materijala ili od HPL-a, s podignutim rubom za zadržavanje tekućine, polipropilenska ili ABS ili HPL ladica s ručkom, držač za boce, dimenzije 50-65 cm x 38-50 cm

Izmjena:

Od polipropilenskog, poliuretanskog ili ABS materijala, ili s konstrukcijom od metala zaštićen praškastom bojom elektrostatski, s frontama ormarića i ladice od HPL-a ili metala zaštićen praškastom bojom. Stolić za hranjenje od propilenskog ili ABS materijala ili od HPL-a, s podignutim rubom za zadržavanje tekućine, polipropilenska ili ABS ili HPL ladica s ručkom, držač za boce, dimenzije 50-65 cm x 38-50 cm

Objašnjenje:

Navedena izmjena ne utječe na kvalitetu, funkcionalnost, sigurnost niti uporabnu vrijednost proizvoda. HPL i metal zaštićen odgovarajućim praškastim premazom predstavljaju materijale koji se mogu primjereno koristiti za izradu fronti ormarića i ladica, pri čemu pravilno izvedena metalna površina osigurava potrebnu čvrstoću, otpornost na svakodnevno korištenje te jednostavno održavanje i čišćenje.

Predmetnom izmjenom se ne snižavaju niti ublažavaju zahtjevi u pogledu kvalitete proizvoda, već se tehnička specifikacija prilagođava na način kojim se omogućuje veći broj odgovarajućih tehničkih rješenja, bez narušavanja tražene funkcionalnosti i kvalitete proizvoda.

ODGOVOR:

Naručitelj **ne prihvća predloženu izmjenu** u dijelu kojim se omogućuje izrada fronti ormarića i ladice od metala. **Naručitelj se u ovom dijelu poziva na obrazloženje iz prethodnog pojašnjenja dokumentacije**, vezano uz zahtjeve za materijalima koji omogućuju jednostavno i učinkovito čišćenje, dezinfekciju i održavanje higijene.

Slijedom navedenog, zahtjev za izradom fronti ormarića i ladice od HPL-a ostaje neizmijenjen.

2. ZAHTJEV

Poštovani,

Vjerujemo da je došlo do nenamjerne greške na Vaš odgovor u pojašnjenju na pitanje gospodarskog subjekta, a vezano na podešavanje nagiba središnjeg dijela sekcije. Naime, odgovorili ste da se to odnosi na trendelenburg/antitrendelenburg pozicije, međutim, kako ste i sami naveli, takve pozicije imaju nagib cijele ležajne plohe, dok se u ovom konkretnom slučaju radi o podešavanju srednjeg dijela sekcije (dijela) ležajne plohe (ležajna ploha od 4 sekcije uzglavlje, srednji dio, bedreni dio, lisni dio-sve je navedeno i svi imaju određene minimalne stupnjeve nagiba).

Tako da molimo za potvrdu da krevet mora imati nagibe uzglavlja, srednjeg dijela, bedrenog dijela i lisnog dijela, te predlažemo da se uz sve nagibe, još doda stavka:

- podešavanje trendelenburg/antitrendelenburg pozicija: min 15°.

ODGOVOR:

Prijedlog se **ne prihvaća.**

Naručitelj potvrđuje da je u prethodnom odgovoru došlo do nesporazuma u tumačenju navedenog zahtjeva, jer se u troškovniku niti ne traži Trendelenburg/antitrendelenburg položaj.

Sukladno tehničkoj specifikaciji, ostaju traženi nagibi pojedinih dijelova ležajne plohe, odnosno **uzglavlja, središnjeg dijela, bedrenog dijela i lisnog dijela**, kako je navedeno u troškovniku.

Dopuna pojašnjenja dokumentacije dostavlja se svim zainteresiranim ponuditeljima.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu