



TOPLICE LIPIK - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

Marije Terezije 13, 34551 Lipik, IBAN: HR2924020061101134776, MB: 3084973

OIB: 88202838360, telefon: 034/440-700, telefaks: 034/440-702

e-mail: info@toplice-lipik.hr, web: www.toplice-lipik.hr

Ur. broj: 02-238/26-4

Lipik, 18. kolovoza 2026. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Pojašnjenje zahtjeva za izmjenu dokumentacije u Pozivu za dostavu ponude
BOLESNIČKI KREKETI
Evidencijski broj nabave: **P-2-2026**

Poštovani,
slijedom zahtjeva gospodarskih subjekata za izmjenom dokumentacije u Pozivu za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave „Bolesnički kreveti“ dajemo odgovore.

ZAHTJEVI i ODGOVORI glase:

1. ZAHTJEV

Poštovani,
U gore navedenom postupku javne nabave, predlažemo sljedeće izmjene:

Predlažemo da u stavci 1. - „Bolnički krevet za standardnu njegu“ izmijenite sljedeće opise:

1. prijedlog:

Umjesto: „Ležajna ploha 4-5 dijelova od ABS plastike ili polipropilena ili metalnih poprečnih panela (s mogućnošću skidanja), dimenzije 200 - 205 cm x 86 - 88 cm“

Predlažemo: „Ležajna ploha 4-5 dijelova od ABS plastike ili polipropilena ili metalnih poprečnih panela, dimenzije 200 - 205 cm x 86 - 88 cm“

Odgovor:

1. prijedlog izmjene se ne prihvaća.

Zahtjev da ležajna ploha bude izvedena od 4–5 zasebnih dijelova, s mogućnošću njihovog pojedinačnog podizanja i skidanja, zadržava se zbog funkcionalnih, higijenskih i servisnih zahtjeva koji proizlaze iz namjene opreme. Naručitelju je važno da ležajna ploha nije izvedena kao jedinstvena cjelina, već da se pojedini dijelovi mogu zasebno podizati i skidati, čime se omogućuje lakše rukovanje, čišćenje i dezinfekcija te jednostavnije održavanje i servisiranje kreveta. U slučaju oštećenja ili kvara pojedinog dijela, isti se može zasebno skinuti radi popravka ili zamijeniti, bez potrebe za demontažom odnosno zamjenom cijele ležajne plohe. Slijedom navedenog, Naručitelj smatra da je navedeni zahtjev opravdan, razmjern predmetu nabave i povezan s funkcionalnim zahtjevima opreme te ga zadržava u tehničkoj specifikaciji.

2. prijedlog:

Umjesto: „Uzglavlje min. 65 stupnjeva, bedreni dio 0 - 30 stupnjeva“

Predlažemo: „Uzglavlje min. 65 stupnjeva, bedreni dio 0 - 28 stupnjeva“

Odgovor:

2. prijedlog se prihvaća.

Naručitelj će izmijeniti predmetni tehnički zahtjev na način da glasi: „Uzglavlje min. 65 stupnjeva, bedreni dio 0 – min. 28 stupnjeva.“ Navedena izmjena provodi se radi osiguravanja odgovarajuće razine tržišnog

natjecanja, uz zadržavanje minimalne funkcionalnosti opreme koju Naručitelj smatra prihvatljivom za predmet nabave.

Ponuditelji koji nude bedreni dio s mogućnošću podizanja **do 28 stupnjeva ili više smatraju se prihvatljivima.**

3. prijedlog:

Umjesto: „Sestrinski ručni daljinski upravljač sa svim funkcijama i tipkama on/off i/ili mogućnost zaključavanja/otključavanja pojedinačnih funkcija“ i „Ručni upravljač za pacijenta, koji omogućuje podizanje uzglavlja, podnožja i visine kreveta“

Predlažemo spajanje stavki u jednu s opisom: „Ručni upravljač za pacijente i medicinsko osoblje sa svim funkcijama i tipkama on/off i/ili mogućnost zaključavanja/otključavanja i funkcija koja omogućuje podizanje uzglavlja, podnožja i visine kreveta“

Odgovor:

3. prijedlog se ne prihvaća.

Naručitelj zadržava navedene stavke kao zasebne jer se radi o upravljačima različite namjene. Sestrinski ručni upravljač namijenjen je medicinskom osoblju i treba omogućiti upravljanje svim funkcijama kreveta, uključujući njihovo zaključavanje i otključavanje, dok je ručni upravljač za pacijenta namijenjen pacijentu i omogućuje mu upravljanje samo predviđenim funkcijama kreveta. Odvojeno definiranje upravljača omogućuje jasnu kontrolu dostupnih funkcija te sigurnije korištenje kreveta, zbog čega se prijedlog spajanja stavki ne prihvaća.

4. prijedlog:

Umjesto: „Nosivost kreveta minimalno 240 kg“

Predlažemo: „Nosivost kreveta minimalno 220 kg“

Minimalna propisana nosivost madraca je 200 kg, slijedom navedenog smatramo kako je propisana minimalna nosivost kreveta prevelika, stoga predlažemo navedenu izmjenu.

Odgovor:

4. prijedlog se prihvaća.

Naručitelj prihvaća prijedlog te će se omogućiti nuđenje kreveta minimalne nosivosti od 220 kg. Istodobno, Naručitelj zadržava mogućnost nuđenja kreveta nosivosti 240 kg ili više, **što smatra poželjnim** zbog dodatne razine nosivosti i sigurnosti pri korištenju. Slijedom navedenog, tehnički zahtjev će glasiti: „**Nosivost kreveta minimalno 220 kg.**“ Ponude kreveta nosivosti 240 kg ili više također će se smatrati prihvatljivima.

Predlažemo da u stavci 3. - „Noćni ormarić sa stolićem za hranjenje“ izmijenite sljedeće opise:

1. prijedlog:

Umjesto: „Od polipropilenskog ili ABS materijala, s podignutim rubom za zadržavanje tekućine, polipropilenska ili ABS ladica s ručkom, držač za boce, dimenzije 50-65 cm x 38-50 cm“

Predlažemo: „Od polipropilenskog, poliuretanskog ili ABS materijala, s podignutim rubom za zadržavanje tekućine, polipropilenska, poliuretanska ili ABS ladica s ručkom, držač za boce, dimenzije 50-65 cm x 38 50 cm“

Odgovor:

1. prijedlog se prihvaća.

2. prijedlog:

Umjesto: „Stolić za hranjenje podesive visine, teleskopski stup servo potpomognut plinskom pumpom, dimenzije 55-60 cm x 34-42 cm ili u skladu s dimenzijama noćnog ormarića“

Predlažemo: „Stolić za hranjenje podesive visine, teleskopski stup servo potpomognut plinskom pumpom, dimenzije 55-61 cm x 34-42 cm ili u skladu s dimenzijama noćnog ormarića“

Obrazloženje: Navedenim izmjenama bi se postigla veća transparentnost postupka i otvorilo tržišno natjecanje većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata, a pri tome se ne bi utjecalo na uporabnu i funkcionalnu vrijednost opreme.

S poštovanjem,

Odgovor:

2. prijedlog se prihvća.

2. ZAHTJEV

Poštovani,

nastavno na **Poziv na dostavu ponude** za predmet nabave „**Bolnesnički kreveti**“, evidencijski broj P-2-2026, molimo vas promjenu tehničkih specifikacija:

Bolnički krevet za standardnu njegu

Traži se:

Ležajna ploha 4-5 dijelova od ABS plastike ili polipropilena ili metalnih poprečnih panela (s mogućnošću skidanja), dimenzije 200 - 205 cm x 86 - 88 cm

Izmjena:

Ležajna ploha 4-5 dijelova od ABS plastike, HPL-a ili polipropilena ili metalnih poprečnih panela (s mogućnošću skidanja), dimenzije 200 - 205 cm x 85 - 88 cm

Objašnjenje:

Tražene izmjene tehničke specifikacije predlažu se radi proširenja mogućnosti izbora odgovarajućeg rješenja ležajne plohe, uz zadržavanje funkcionalnosti i traženih dimenzijskih karakteristika proizvoda.

Dodavanjem HPL-a među dopuštene materijale omogućava se primjena kvalitetnog, otpornog i lako održivog materijala koji odgovara namjeni ležajne plohe. Također, HPL je materijal koji se desetljećima uspješno koristi u bolničkom okruženju te se radi o provjerenom materijalu visoke izdržljivosti i funkcionalnosti.

Istovremeno, smanjenjem donje granice širine s 86 cm na 85 cm, proširuje se raspon prihvatljivih proizvoda dostupnih na tržištu, bez značajnog utjecaja na funkcionalnost i uporabljivost ležajne plohe.

Odgovor:

Prijedlog se prihvća.

Noćni ormarić sa stolićem za hranjenje

Traži se:

Od polipropilenskog ili ABS materijala, s podignutim rubom za zadržavanje tekućine, polipropilenska ili ABS ladica s ručkom, držač za boce, dimenzije 50-65 cm x 38-50 cm

Izmjena:

Od polipropilenskog, ABS materijala ili metala, s podignutim rubom za zadržavanje tekućine, polipropilenska, ABS ili metalna ladica s ručkom, držač za boce, dimenzije 50-65 cm x 38-50 cm

Objašnjenje:

Predložena izmjena omogućava prihvaćanje i proizvoda kod kojih su navedeni elementi izrađeni od metala, uz zadržavanje svih ostalih zahtijevanih funkcionalnih karakteristika.

Metalna izvedba može osigurati odgovarajuću čvrstoću, trajnost, stabilnost i otpornost na učestalo korištenje, što je osobito važno kod opreme koja se svakodnevno koristi i održava.

Predloženom izmjenom ne mijenja se namjena niti funkcionalni zahtjevi proizvoda, već se proširuje mogućnost ponuđenih tehničkih rješenja i omogućava veća konkurentnost postupka nabave.

Hvala unaprijed na odgovoru,

Odgovor:

Prijedlog se ne prihvaća. Naručitelj ne prihvaća predloženu izmjenu u dijelu kojim se omogućuje metalna izvedba noćnog ormarića. Zbog specifičnih uvjeta uporabe u zdravstvenoj ustanovi, učestalog čišćenja i dezinfekcije te izloženosti vlazi i sredstvima za čišćenje, može dovesti do oštećenja zaštitnog sloja metalnih površina te pojave korozije, osobito na spojevima i na rubovima. Stoga Naručitelj zahtijeva materijale koji omogućuju dugotrajno i učinkovito održavanje higijene. Na temelju dosadašnjeg iskustva u svakodnevnoj uporabi i održavanju, zadržava se zahtjev za polipropilenskim ili ABS materijalom, koji su neporozni, otporni na vlagu i učestalu dezinfekciju te omogućuju jednostavno i učinkovito čišćenje i održavanje.

Slijedom navedenog, tehnički zahtjev ostaje neizmijenjen.

3. ZAHTJEV

Poštovani,

Predlažemo sljedeće izmjene opisa predmeta nabave u postupku jednostavne nabave - Bolesnički kreveti, ev. br. P-2-2026:

Stavka 3: Noćni ormarić za hranjenje

1)

Tražite:

Dvostrani noćni ormarić s integriranim stolićem za hranjenje

Od propilenskog ili ABS materijala, s podignutim rubom za zadržavanje tekućine, polipropilenska ili ABS ladica s ručkom, držač za boce, dimenzije 50-65 cm x 38-50 cm

Predlažemo:

Dvostrani noćni ormarić s integriranim stolićem za hranjenje

Ormarić izrađen od propilenskog ili ABS materijala, ili s konstrukcijom od metala zaštićenog praškastom bojom elektrostatski, s frontama ormarića i ladice od HPL-a. Stolić za hranjenje od propilenskog ili ABS materijala ili od HPL-a, s podignutim rubom za zadržavanje tekućine. Polipropilenska ili ABS ili HPL ladica s ručkom, držač za boce, dimenzije 50-65 cm x 38-50 cm.

Obrazloženje:

Opis nije potpuno jasan jer iz opisa nije razvidno odnosi li se „od propilenskog ili ABS materijala“ na cijeli ormarić ili ploču za hranjenje. Ako je mišljeno da je cijeli ormarić izrađen iz ovih materijala, molimo da se dopuste opcije drugih, jednako kvalitetnih materijala.

Struktura ormarića od elektrostatski zaštićenog materijala pruža čvrstoću i osigurava održavanje visokih higijenskih standarda.

Odgovor:

1. prijedlog se prihvaća.

2)

Tražite:

Stolić za hranjenje podesive visine, teleskopski stup servo potpomognut plinskom pumpom, dimenzije 55-60 cm x 34-42 cm ili u skladu s dimenzijama noćnog ormarića

Predlažemo:

Stolić za hranjenje podesive visine, teleskopski stup servo potpomognut plinskom pumpom ili sistem mehaničkog podešavanja visine putem opruge; dimenzije 55-60 cm x 34-42 cm ili u skladu s dimenzijama noćnog ormarića

Obrazloženje:

Molimo da se omogući primjena alternativnog načina podešavanja visine koji pruža jednaku funkcionalnost proizvoda kako bi se omogućilo sudjelovanje većem broju ponuditelja.

Odgovor:

2. prijedlog se prihvaća.

Stavka 1: Bolnički krevet za standardnu njegu

1)

Tražite:

Uzglavlje min. 65 stupnjeva, bedreni dio 0-30 stupnjeva

Predlažemo:

Uzglavlje min. 65 stupnjeva, bedreni dio min. 0-30 stupnjeva

Obrazloženje:

Molimo da se raspon podešavanja bedrenog dijela izrazi na isti način kao i druga podešavanja nagiba, kao minimalna vrijednost. Izražavanje egzaktnih vrijednosti nije u skladu s pravilima javne nabave te ograničava potencijalne ponuditelje.

Odgovor:

1. prijedlog se djelomično prihvaća.

Naručitelj prihvaća prijedlog u dijelu definiranja zahtjeva kao minimalne vrijednosti. Zahtjev će glasiti:

„Uzglavlje min. 65 stupnjeva, bedreni dio 0 – min. 28 stupnjeva.“

Navedeno omogućuje nuđenje kreveta s bedrenim dijelom koji se podiže do najmanje 28 stupnjeva, uključujući i krevete s mogućnošću podizanja do 30 stupnjeva ili više.

Zahtjevi za pojašnjenje:

Stavka 1: Bolnički krevet za standardnu njegu

Podešavanje nagiba središnjeg dijela sekcije min 10 stupnjeva

Uobičajene vrijednosti nagiba koje se bilježe kod bolničkih kreveta su nagibi leđnog, bedrenog i lisnog dijela. Odnosi li se ova vrijednost na Trendelenburg/Antitrendelenburg nagib?

Odgovor: Zahtjev „Podešavanje nagiba središnjeg dijela sekcije min. 10 stupnjeva“ odnosi se na mogućnost podešavanja nagiba ležajne plohe u Trendelenburg/antitrendelenburg položaj, odnosno nagiba cijele ležajne plohe.

Stavka 2: Madrac

Antidekubitalni madrac za krevete pod toč. 1, od PU pjene, vodonepropustan, antibakterijski, *otporan na vatru*...

Dio opisa „otporan na vatru“ nije jasan. Na koju se točno razinu zaštite od plamena misli? Usporava gorenje?

Unaprijed zahvaljujemo na pojašnjenjima i nadamo se da ćete razmotriti naše prijedloge.

Srdačan pozdrav

Odgovor: Pod zahtjevom „otporan na vatru“ podrazumijeva se da madrac mora imati svojstvo usporenog gorenja, odnosno smanjenu zapaljivost i otpornost na širenje plamena. Naručitelj ne propisuje određenu razinu odnosno klasu zaštite od požara, već zahtijeva da madrac posjeduje navedeno svojstvo.

Navedene izmjene bit će označene ljubičastom bojom.

Pojašnjenje dokumentacije dostavlja se svim zainteresiranim ponuditeljima.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu